

MATECH

AirChecker

取扱説明書

兼保証書



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ます。

- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」
などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してく
ださい。

もくじ


使用上の注意.....	3	仕様.....	8
各部の名称と使いかた.....	4	保証とアフターサービス...	9
お手入れと保管.....	6	製品登録による延長保証...	10
困ったときは.....	8	保証書.....	11

厚生労働省より、新型コロナウイルスの感染防止対策と換気
についての情報として、CO₂（二酸化炭素）濃度を、ビル管
理法に基づく空気環境の基準：1,000ppm以下に維持すること
が推奨されています。

使用上の注意

- ・ 本機は防水仕様ではありません。
水がかからないように注意してください。またぬれた手で触れないでください。
- ・ 海岸など、塩分の多い環境での使用は避けてください。
- ・ 使用中は本機がわずかに温かくなりますが、故障ではありません。
- ・ 60℃以上の高温になる場所で使用・放置しないでください。
- ・ 本機は精密機器です。分解・改造・修理しないでください。
正確な測定ができなくなります。
- ・ ガスなどが充満する場所では、正確な測定ができません。
- ・ 通気口をふさがないでください。正確な測定ができません。
- ・ 周囲を空けて、風通しの良いところで使用してください。狭い場所に置いたりすると、正確な測定ができません。

各部の名称と使いかた



CO₂濃度の目安表示

アイコン	 (ブルー)	 (グリーン)	 (イエロー)	 (レッド)
状態	非常に良い	良い	悪い	非常に悪い
測定範囲	～600ppm	600～ 1,000ppm	1,000～ 1,500ppm	1,500ppm～

ブザーのお知らせ

・次のようなときに、ブザーが鳴ってお知らせします。

短いメロディー	電源に接続して表示を開始したとき
ピーピーピーピーピー (5回)	「良い」または「非常に悪い」から、 「悪い」の状態に変わったとき
ピピピピピピピピピピ (10回)	「非常に悪い」の状態のとき (1分ごとに鳴ります。)


お手入れと保管

■ キャリブレーション

センサーのキャリブレーションを行うことができます。
正確な値が出にくくなってきたら行ってください。

1 電源に接続したまま、屋外または空気のきれいな場所に15分間放置する

2 キャリブレーションボタンを5秒間長押しする



・ ブザーが鳴ったら、キャリブレーション完了です。

■ お手入れ

- ・汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

■ 保管

- ・お手入れ後、ほこりや湿気のない場所に保管してください。

■ 廃棄

- ・製品を廃棄するときは、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。

困ったときは

- 表示されない
 - 本機のUSBコネクタが、通電しているUSB電源にきちんと接続されているか確認してください。
- CO₂濃度が正確に表示されない
 - 通気口がふさがれていないことを確認してください。
 - せまい場所に設置されていないことを確認してください。
 - ガスや揮発成分などが充満しない場所に設置されていることを確認してください。
 - キャリブレーションを行ってください。(→P6)

仕様

製品概要		
製品名		AirChecker
型番		M2205AC
寸法		幅102 (USB除く:86) ×高さ26.4×奥行16mm
重量		26.5g
電源		DC 5V
使用環境		-10～50℃、～95%RH（結露なきこと）
保管環境		-20～60℃、～95%RH（結露なきこと）
性能		
CO ₂ 濃度	測定範囲	400～5,000ppm
	測定頻度	1秒
	測定精度	±50ppm


保証とアフターサービス

- ・修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**（→10ページ）までご連絡ください。

- 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
- 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- 4) 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本機の機能を維持するために必要な部品です。
- 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、通常保証2年間のところ、3年間まで保証を延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



【製品登録ページ】

<https://matech-jp.com/serial-touroku/>



保証を受けるためのクイックガイド

- 1** レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。
- 2** LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。
できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。
- 3** 各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名： AirChecker

型番： M2205AC

保証期間： 2年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※ Amazonの場合は、[XXX-XXXXXXX-XXXXXXX] 形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる
場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

MATECH

<https://matech-jp.com/>